




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
จำนวน ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย เครื่องละ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากห้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้
- ๕.๑ บริษัท ออโรรา เมดเทค จำกัด
- ๕.๒ บริษัท ซีไนน์ เมดิค จำกัด
- ๕.๓ บริษัท ออร์โธ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
- |                               |                             |               |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายพงษ์พัชร์ สมัยธาดาพงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางนัตยา บารมี            | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางเดือนรุ่ง อุ๋นใจดี     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพงษ์พัชร์ สมัยธาดาพงษ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางนัตยา บารมี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางเดือนรุ่ง อุ๋นใจดี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

๑. ความต้องการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน มีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนด
๒. วัสดุประสงคใ้ในการใช้งาน ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อการผ่าตัดส่วนศีรษะส่วนหน้าได้
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
  - ๓.๑ เป็นเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าสามารถปรับตำแหน่งหรือควบคุมการจัดท่าด้วยรีโมทคอนโทรล
  - ๓.๒ มี ๔ ล้อ ที่หมุนแบบดับเบิลรัน (Double-run castors) ทำให้การหมุนแบบถอยกลับทำได้ง่ายและรีนขึ้น
  - ๓.๓ แซทซีผลิตจากอลูมิเนียมทำให้น้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
  - ๓.๔ โครงสร้างเฟรมผลิตโดยใช้เลเซอร์ตัด (Lasercut procedure) ผลิตจากสแตนเลสสตีลมีความแข็งแรง รวมถึงรางข้างเตียงขนาด ๒๕X๑๐ มิลลิเมตร ทำให้แขนอุปกรณ์ได้สะดวกและหลากหลาย
  - ๓.๕ เตียงผ่าตัดใช้ไฟฟ้าขนาด ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์
  - ๓.๖ ส่วนรองรับศีรษะเป็นแบบสามมิติ (๓D) และสามารถปรับแนวระนาบ และปรับโยกให้เข้ากับศีรษะและคอของผู้ป่วยทำให้ปลอดภัยและตรงกับตำแหน่งที่เหมาะสมได้
  - ๓.๗ มีปุ่มเพื่อบันทึกท่าในการผ่าตัดได้สูงสุด ๕ ตำแหน่ง โดยมีเอกสารแนะนำท่ามาตรฐานที่แพทย์ใช้ประจำเพื่อให้่ายและสะดวกแก่การตั้งค่าการผ่าตัดในแต่ละราย
  - ๓.๘ ชุดควบคุมด้วยมือ (Hand Control) มีสถานะบอกว่าแบตเตอรี่มีไฟฟ้าเพียงพอในการใช้งาน
  - ๓.๙ พื้นเตียงแบ่งเป็นไม่น้อยกว่า ๔ ส่วน คือ ส่วนศีรษะ, ส่วนหลัง, ส่วนสะโพก และส่วนรองรับขา เบาะรองรับผู้ป่วยสามารถถอดออกได้
  - ๓.๑๐ รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ การปรับท่าของเตียงผ่าตัดโดยใช้ระบบไฟฟ้า
- ๔.๒ ปรับพื้นเตียงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๓ ปรับพื้นเตียงต่ำสุดได้ไม่มากกว่า ๖๔๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔ ปรับส่วนรองรับขึ้นศีรษะขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๒๒ องศา
- ๔.๕ ปรับส่วนรองรับศีรษะลงได้ไม่น้อยกว่า ๓๑ องศา
- ๔.๖ ปรับส่วนรองรับหลังขึ้นไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา
- ๔.๗ ปรับส่วนรองรับขาหลังได้ไม่น้อยกว่า ๗๘ องศา
- ๔.๘ ปรับท่าเท้าสูงเท้าต่ำ (Trendelenburg) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๖ องศา
- ๔.๙ ปรับท่าหัวสูงเท้าต่ำ (Reverse Trendelenburg) ได้ไม่น้อยกว่า ๖ องศา
- ๔.๑๐ เตียงมีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๑๑ ความกว้างของเตียงไม่น้อยกว่า ๖๖๒ มิลลิเมตร
- ๔.๑๒ น้ำหนักเตียงหนักไม่มากกว่า ๑๖๓ กิโลกรัม

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พัศ สมัยธาดาพงษ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางนาตยา บารมี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางเดือนรุ่ง

อุ่นใจดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑	เตียงผ่าตัด	จำนวน	๑	เตียง
๕.๒	รีโมทคอนโทรล	จำนวน	๑	ชุด
๕.๓	ชุดแบตเตอรี่สำรองพร้อมลิ้นชักเก็บในเตียง	จำนวน	๑	ชุด
๕.๔	ชุดกันม่านผ่าตัดแบบปรับได้	จำนวน	๑	ชุด
๕.๕	เก้าอี้นั่งตรวจ / ผ่าตัดสำหรับแพทย์	จำนวน	๑	ตัว
๕.๖	สายรัดตัว	จำนวน	๑	เส้น

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ มีคู่มือประกอบการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ ชุด
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๖.๓ มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๔ มีเอกสารรับรองช่างที่ได้ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๕ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ๖.๖ มีบริการหลังการขาย มีช่างผู้ชำนาญมาตรวจเช็คทุกๆ ๔ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ๖.๗ เมื่อมีการชำรุดของเตียง ในกรณีมีอะไหล่อยู่แล้ว ต้องซ่อมเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน  
ในกรณีต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ต้องซ่อมเสร็จภายใน ๔๕ วัน
- ๖.๘ ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
ยี่ห้อ.....(ระบุ)  
รุ่น.....(ระบุ)  
ผลิตภัณฑ์ประเทศ.....(ระบุ)

๗. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบพัสดุ




กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. ราคาากลางและที่มาของราคาากลาง สืบราคาจากท้องตลาด

เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เครื่อง  
เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพงษ์พัชร์ สมัยธาดาพงษ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางนัตยา บารมี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางเดือนรุ่ง อุ่นใจดี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางระกำ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๕๓๗ ๑๑๖๘ โทรสาร ๐ ๕๕๓๗ ๑๑๗๖  
ที่ พล ๐๓๓๓.๓๐๑/๒๙๕ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า  
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ  
เปิดเผยราคากลางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นควรกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการ  
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณ  
ราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th))  
ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
กำหนด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่ราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ  
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหก  
หมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานของโรงพยาบาล  
บางระกำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาต

(นายพัลลภ มนเดชา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

(นายมนุญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุญาต

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลบางระกำ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วัน/เดือน/ปี : ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางระกำ <http://www.bkhospital.go.th>

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความ โรงพยาบาลบางระกำ ที่ พล ๐๓๓๓.๓๐๑/๒๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท  
คอนโทรล จำนวน ๑ หน้า
๒. แบบ บก.๐๖ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา จำนวน ๗ หน้า

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

พัลลภ มนเดชา

(นายพัลลภ มนเดชา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

เกิดชัย เครือยา

(นายเกิดชัย เครือยา)

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

วีรวัฒน์ เพ็ชรคง

(นายวีรวัฒน์ เพ็ชรคง)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖