




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติวัดความดันลูกตา		
	และความหนากระจกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลบางระจักษ์ อำเภอบางระจักษ์ จังหวัดพิษณุโลก		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้			
๕.๑ บริษัท	ออฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		
๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด	วงษ์นิสา		
๕.๓ บริษัท	บีบีเอส ไอเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)		
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)			
๖.๑ นางวิภาวี มหัทธนตระกูล	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นางสาวสิริกร กล่อมนาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
๖.๓ นางสาววรรณิศา บวบนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นางวิภาวี มหัทธนตระกูล)	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางสาวสิริกร กล่อมนาค)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางสาววรรณิศา บวบนา)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติวัดความดันลูกตา และความหนากระจกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

ตามแผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับเขต ๒๐% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๓ วัตถุประสงค์

ทดแทน รหัสครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๗-๐๐๐๑/๕๔๒-๐๐๒ ที่งานคลินิกจักษุ โรงพยาบาลบางระก้า

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๑.๕ ราคาากลาง ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดพิษณุโลก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ)

(นางวิภาวี มหัทธนะตระกูล)

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

(ลงชื่อ)

สุวิมล กล่อมนาค

(นางสาวสิริกิตร์ กล่อมนาค)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)

2/11/11

(นางสาววรรณิศา บวบนา)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)


(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)




(นางวิภาวี มัทธนตระกูล)

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

(ลงชื่อ)



(นางสาวสิริกอร์ กล่อมณา)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรณิศา บวบนา)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติวัดความดันลูกตาและความหนากระจกตาแบบไม่สัมผัส

๑. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือใช้สำหรับวัดสายตา วัดความโค้งกระจกตา วัดความดันลูกตาและวัดความหนากระจกตา โดยการตรวจวัดเป็นระบบอัตโนมัติ และไม่ต้องสัมผัสลูกตาผู้ป่วย

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ตัวเครื่องสามารถเลือกระบบการวัดได้ทั้งระบบอัตโนมัติ และ Manual ในทุกโหมดการวัด

๒.๒ โหมดการวัดค่าสายตา (Refraction) และความโค้งกระจกตา (Keratometry)

๒.๒.๑ มีช่วงการวัดในช่วงค่าสายตาต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- ค่าสายตา (Spherical) ตั้งแต่ -๓๐D ถึง +๒๐D

- ค่าสายตาเอียง (Cylinder) ตั้งแต่ ๐D ถึง +/-๑๒D

- แกนสายตาเอียง (Cylinder axis) ตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๘๐ องศา

๒.๒.๒ มีช่วงการวัดค่าความโค้งกระจกตาต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- ค่า Curvature radius ตั้งแต่ ๕.๐๐ ถึง ๑๓.๐๐ โดยให้ความละเอียดเป็นทศนิยม ๒

ตำแหน่ง เป็นอย่างน้อย

- ค่า Refractive power ตั้งแต่ ๒๖.๐๐ ถึง ๖๕.๐๐ โดยให้ความละเอียดเป็นทศนิยม ๒

๒ ตำแหน่ง เป็นอย่างน้อย

- ค่า Cylindrical power ตั้งแต่ ๐D ถึง +/-๑๒D โดยให้ความละเอียดเป็นทศนิยม ๒

ตำแหน่ง เป็นอย่างน้อย

- แกนสายตาเอียง (Cylinder axis) ตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๘๐ องศา

๒.๒.๓ สามารถวัดค่าสายตาในผู้ป่วยที่มีขนาดรูม่านตาอย่างน้อย ๒ มิลลิเมตรขึ้นไป

๒.๒.๔ สามารถวัดระยะห่างตาดำ (Pupillary distance; PD) ได้ตั้งแต่ ๓๐ มิลลิเมตร ถึง

๘๕ มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย

๒.๒.๕ สามารถวัดขนาดรูม่านตาและขนาดความกว้างกระจกตาได้

๒.๒.๖ สามารถวัดค่าการเพ่ง (Accommodation power) ได้

๒.๓ โหมดการวัดความดันลูกตา (Tonometry) และความหนากระจกตา (Pachymetry)

๒.๓.๑ มีช่วงการวัดความดันลูกตาได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๖๐ มิลลิเมตรปรอท เป็นอย่างน้อย

๒.๓.๒ มีช่วงการวัดค่าความหนากระจกตาได้ตั้งแต่ ๓๐๐ ถึง ๘๐๐ ไมโครเมตร

เป็นอย่างน้อย

(ลงชื่อ)

(นางวิภาวี มัทธนตรระกุล)

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริกร กล่อมนาค)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณฉิตา บวบนา)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒.๓.๓ มีระบบคำนวณค่าความดันลูกตาจากค่าความหนากระจกตาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการแปลผลความดันลูกตา

๒.๔ มีจอควบคุมการทำงานและแสดงผลแบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว จอสามารถแสดงภาพบอกตำแหน่งลูกตาขณะทำการตรวจได้

๒.๕ มีก้านโยก (Joystick) สำหรับควบคุมตำแหน่งการตรวจได้แบบ ๓ มิติ สามารถตั้งให้เครื่องสามารถขยับค้นหาลูกตาอัตโนมัติได้แบบ ๓ มิติ (Auto tracking) เครื่องสามารถบอกได้ว่าเป็นการตรวจตาซ้าย-ขวาโดยอัตโนมัติและเครื่องสามารถทำการวัดโดยอัตโนมัติเมื่อขยับได้ตำแหน่ง การวัดที่เหมาะสมแล้ว

๒.๖ มีไฟเป้าหมายให้คนไข้มองจากภายใน (Internal Target) และบริเวณภายนอก (External Target)

๒.๗ มีที่วางคางผู้ป่วยสามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๘ มีเครื่องพิมพ์ผลการตรวจติดตั้งอยู่กับตัวเครื่อง แบบ Thermal line printer with auto cutter และสามารถตั้งค่าส่งข้อมูลผลตรวจสู่อุปกรณ์ ภายนอกได้

๒.๙ ใช้ไฟฟ้าขนาด AC๑๐๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ เครื่องวัดสายตา วัดความโค้งกระจกตา วัดความดันลูกตาและความหนากระจกตาอัตโนมัติ แบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๒ โต๊ะวางเครื่องปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว

๓.๓ เก้าอี้สำหรับผู้ตรวจ จำนวน ๑ ตัว

๓.๔ เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว

๓.๕ ปลั๊กพ่วงและเครื่องสำรองไฟปรับแรงดันไฟฟ้า STABILIZER ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA จำนวน ๑ ตัว

๓.๖ ชุดทำความสะอาดชิ้นส่วนเลนส์ อุปกรณ์สำหรับปรับเทียบ (calibrate) จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ อุปกรณ์สำหรับคลุมเครื่องเมื่อไม่ได้เปิดใช้งานเพื่อป้องกันฝุ่นและความเสียหายต่อเครื่อง จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๘ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

๔.๒ รับประกันคุณภาพเครื่อง พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่ อย่างน้อย ๒ ปี

๔.๓ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องตรวจสอบมาตรฐานของเครื่อง (Re-Calibration) ปีละครั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยออกหนังสือรับรองและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นางวิภาวี มัทธนตระกูล)

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริกร กล่อมนา)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณิศา บวบนา)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔.๔ ในระยะประกันต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานมาตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องอย่างน้อย ๖ เดือนต่อหนึ่งครั้ง หากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๕ มีช่างผู้ชำนาญของผู้ขาย ให้ความรู้ แนะนำวิธีการใช้งาน จนกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะชำนาญในการใช้งาน และใช้ได้ถูกต้อง

๔.๖ ผู้เสนอราคามีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๗ มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองการผ่านการอบรมจากผู้ผลิต (Training Certificate) ของช่างผู้ให้บริการในวันยื่นเสนอราคา

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ระยะเวลาส่งมอบ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

จังหวัดพิษณุโลก โดยโรงพยาบาลบางระกำ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลบางระกำได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. เงื่อนไขการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดพิษณุโลก โดยโรงพยาบาลบางระกำ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นางวิภาวี มหัทธนตระกูล)

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริกอร์ กล่อมนาถ)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณิตา บวนนา)


กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๙. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระก้า โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๗ ๑๑๖๘ ในวันและเวลาราชการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : SittipaSapho@moph.go.th

(ลงชื่อ)




(นางวิภาวี มัทธนตระกูล)

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

(ลงชื่อ)



(นางสาวสิริกอร์ กล่อมนาค)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรณิตา บวบนา)

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางระกำ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๕๓๗ ๑๑๖๘

ที่ พล ๐๓๓๓.๓๐๑/ ๙๕๙๐

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติวัด

ความดันลูกตาและความหนากระจกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้งานของราชการรายละเอียดย่อยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบพ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเปิดเผยราคากลางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นควร กำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติวัดความดันลูกตาและความหนากระจกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานของโรงพยาบาลบางระกำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาต

(นางสาวศิทธิภา ทรัพย์ไธ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นายพิศลภ มนเดชา)

เจ้าพนักงานพัสดุนำงาน

(นางสาวชนิษฐา ชญาธรรตน์ชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุญาต

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลบางระกำ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางระกำ

วัน/เดือน/ปี : ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติวัด
ความดันลูกตาและความหนากระจกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางระกำ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความโรงพยาบาลบางระกำ ที่ พล ๐๓๓๓.๓๐๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่องขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติวัด
ความดันลูกตาและความหนากระจกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ หน้า

๒. แบบ บก.๐๖ จำนวน ๑ หน้า

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวศิวธิภา ทรัพย์ไ้)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกิดชัย เครือยา)

หัวหน้างานสุขภาพดิจิทัล

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวีรวัฒน์ เพ็ชรคง)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙